

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:

.....  
Член на УС  
Електроразпределение Север АД

.....  
Член на УС  
Електроразпределение Север АД

## ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със Заповед № EDN-1719/01.07.2019г., за получаването, разглеждането, оценка и класирането на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на амперклеци за нуждите на Електроразпределение Север АД“, публикувана под уникален номер 9088884.

### Председател на комисията:

1. Борислав Борисов – Специалист дирекция „Доставки“;

### Членове на комисията:

2. Стратия Василев – Координатор АЕДБИ;
3. Пламен Панайотов – Специалист дирекция „Доставки“.

### Резултати от работата на комисията:

В определения в поканата срок - до 18:00 часа на 21.06.2019г., са подадени 2 /два/ броя оферти в запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост опаковки, получени по съответния ред, а именно:

1. „КМТ Сервиз“ ЕООД – вх. № EPR - 916/21.06.2019г., 09:52 часа;
2. „Фродексим трейд“ ООД – вх. № EDN - 3233/21.06.2019г., 11:15 часа.

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти беше удължен, за което е публикувана информация в портала към АОП с уникален номер 9089486, като след изтичане на крайния срок, а именно 18:00 часа на 28.06.2019г., са постъпили други 2 /два/ броя оферти, както следва:

1. „Контрагент - 35“ ЕООД – вх. № EDN - 3368/28.06.2019г., 10:40 часа;
2. „Локатор - К“ ООД – вх. № EDN - 3382/28.06.2019г., 13:10 часа.

I. На 01.07.2019 г. в 14:00 часа в гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205, се проведе заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

След представяне на списъка с участниците членовете на комисията представиха декларация за обстоятелства чл. 51, ал. 8, от ППЗОП.

Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване ,

След детайлно разглеждане на подадените документи и преценка за съответствието им с изискванията на Възложителя, беше установено следното:

1. Комисията след като разгледа документите на участника „КМТ Сервиз“ ЕООД установи, че е представил всички документи, удостоверяващи съответствието на участника с посочените в документацията изискванията на Възложителя за лично състояние на участниците.

2. Комисията след като разгледа документите на участника „Фродексим трейд“ ООД установи, че е представил всички документи, удостоверяващи съответствието на участника с посочените в документацията изискванията на Възложителя за лично състояние на участниците.
3. Комисията след като разгледа документите на участника „Контрагент - 35“ ЕООД установи, че е представил всички документи, удостоверяващи съответствието на участника с посочените в документацията изискванията на Възложителя за лично състояние на участниците.
4. Комисията след като разгледа документите на участника „Локатор - К“ ООД установи, че е представил всички документи, удостоверяващи съответствието на участника с посочените в документацията изискванията на Възложителя за лично състояние на участниците.

Техническият експерт получи техническите предложения на Участниците за да изготви техническо становище.

II. На 10.12.2019г. беше представено техническо становище на техническия експерт в Комисията, в което беше посочено, че представените и от четиримата участници в поръчката технически предложения не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и техническата спецификация, която е неразделна част от нея.

С оглед на гореизложеното Комисията реши:

1. Предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б.“а” от ЗОП да отстрани от участие в обществената поръчка участника „КМТ Сервиз“ ЕООД.

**Мотиви:** Техническото предложение на „КМТ Сервиз“ ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя:

За позицията цифрови амперклеци с разширена функционалност, участникът е представил уред Voltcraft VC-355 AC/DC, който не отговаря на на т.5.1 на ТС-ИНС-287 – Измерване на променлив ток (AC) посредством челюстите: до  $2\% \pm 5$  знака (10Hz до 100Hz). В предложението не е дефинирана стойност.

2. Предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б.“а” от ЗОП да отстрани от участие в обществената поръчка участника „Фродексим трейд“ ООД.

**Мотиви:** Техническото предложение на „Фродексим трейд“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя:

1) За позицията комбинирани цифрови амперклеци, участникът е представил уред Rish clamp 1000A AC-DC, който не отговаря на на т.5.4 на ТС-ИНС-286 – Измерване на съпротивление посредством гъвкави изолирани сонди: Точност до  $1.5\% \pm 5$  знака. Предложеният вариант на клещи дефинира измерване на съпротивление до  $30M\Omega$  с точност  $\pm 2.0\% + 1с$ .

2) За позицията цифрови амперклеци с разширена функционалност, участникът е представил уред Rish clamp 300A AC-DC, който не отговаря на на т.5.3 на ТС-ИНС-287 – Измерване на съпротивление посредством гъвкави изолирани сонди: Точност до  $1.5\% \pm 5$  знака. Предложеният вариант на клещи дефинира измерване на съпротивление до  $30M\Omega$  с точност  $\pm 2.0\% + 1с$ .

3. Предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б.“а” от ЗОП да отстрани от участие в обществената поръчка участника „Контрагент - 35“ ЕООД.

**Мотиви:** Техническото предложение на „Контрагент - 35“ ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя:

1) За позицията комбинирани цифрови амперклеци, участникът е представил уред Vening CM 5-1, който не отговаря на на т.4.3 на ТС-ИНС-286 – Степен на защита IP  $\geq$  44. Предложеният вариант е със степен на защита IP  $\geq$  30.

2) За позицията цифрови амперклеци с разширена функционалност, участникът е представил уред Vening CM 2, който не отговаря на на т.4.3 на ТС-ИНС-286 – Степен на защита IP  $\geq$  44. Предложеният вариант е със степен на защита IP  $\geq$  30.

**4. Предлага на Възложителя на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП да отстрани от участие в обществената поръчка участника „Локатор - К“ ООД .**

**Мотиви:** Техническото предложението на „Локатор - К“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя:

1) За позицията комбинирани цифрови амперклеци, участникът е представил уред Flip CM72/CM74, който не отговаря на на т.5.4 на ТС-ИНС-286 – Измерване на съпротивление посредством гъвкави изолирани сонди обхват  $\geq$  20 000 k $\Omega$ . Предложеният вариант на клещи дефинира измерване на съпротивление до 6 k $\Omega$ .

2) За позицията цифрови амперклеци с разширена функционалност, участникът е представил уред Flip CM72/CM74, който не отговаря на т.5.3 на ТС-ИНС-287 – Измерване на съпротивление посредством гъвкави изолирани сонди обхват  $\geq$  20 000 k $\Omega$ . Предложеният вариант на клещи дефинира измерване на съпротивление до 6 k $\Omega$ .

**5. Предлага на Възложителя да прекрати възлагането на обществената поръчка на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП. Тъй като и четирите представени оферти за участие не отговарят на предварително обявените условия и са неподходящи.**

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 192, ал.4 от ППЗОП на 03.02.2020 г. и заедно с цялата документация по поръчката се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия:

1. ....
2. ....
3. ....

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД